



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

FORNITURA PROTESI PER GASTROENTEROLOGIA A.I.C. 3

CHIARIMENTI

DOMANDA

LOTTO 1 : il lotto richiede protesi biliari scoperte e ricoperte. L'indicazione alla rimovibilità nella versione totalmente coperta è un refuso oppure la dicitura del lotto è corretta e richiede pertanto protesi scoperte, parzialmente e totalmente coperte?

LOTTO 9 : il lotto richiede solo protesi esofagee non ricoperte. L'indicazione alla rimovibilità dello stent nella versione totalmente ricoperta è quindi un errore?

LOTTO 17: il lotto identifica un prodotto attualmente in uso presso l'Az. Osp. Univ. Maggiore della Carità. La base d'asta di 1.500€ non consente di partecipare al lotto, sia in riferimento alla quotazione attuale presso l'Az. Osp. prima citata (€ 3.000), sia in riferimento alla quotazione nazionale e europea (sempre pari a € 3.000).

RISPOSTA

LOTTO 1 La dicitura del lotto è corretta.

LOTTO 9: Si conferma che la rimovibilità è un refuso pertanto non è da considerarsi; vedasi modifiche apportate al capitolato tecnico.

LOTTO 17: Si aumenta la base d'asta ad euro 3000, vedasi modifiche all'allegato 4

-----o-----

DOMANDA

Lotto 1: Si richiede di scorporare il lotto dividendo le protesi biliari metalliche ricoperte da quelle non ricoperte in quanto per quelle ricoperte è richiesta la rimovibilità certificata che è caratteristica propria di stent di sole una/due aziende

RISPOSTA

Si accoglie la richiesta di scorporare: vedasi modifiche al capitolato tecnico.



DOMANDA

Lotto 2 e Lotto 3:

Si richiede cosa si intende con la dicitura 'a maglie intrecciate a celle chiuse'.

Si richiede di scorporare il lotto dividendo le protesi biliari metalliche ricoperte da quelle non ricoperte/semiricoperte in quanto per quelle ricoperte è richiesta la rimovibilità certificata che è caratteristica propria di stent di sole una/due aziende

Si richiede se è accettata una tolleranza di 0,5 Fr relativamente alla dimensione del diametro del sistema di rilascio, considerando che ciò non influisce sulla scelta del tipo di strumento endoscopico da utilizzare durante l'esame

RISPOSTA

La dicitura 'a maglie intrecciate a celle chiuse' è un refuso pertanto da non considerarsi; vedasi modifiche apportate al capitolato tecnico.

Si accoglie la richiesta di scorporare: vedasi modifiche al capitolato tecnico

Si conferma che è accettata una tolleranza di 0,5 Fr relativamente alla dimensione del diametro del sistema di rilascio

-----oooooooo-----

DOMANDA

Lotto 8: Si richiede di scorporare il lotto in base al sistema di rilascio in quanto il sistema di rilascio prossimale è caratteristica propria di stent di sole una/due aziende e viene utilizzato in una minima percentuale dei casi

RISPOSTA

Si accoglie la richiesta di scorporare: vedasi modifiche al capitolato tecnico.

-----oooooooo-----

DOMANDA

- **per il lotto n. 9** sono richieste "Protesi esofagee non ricoperte" mentre nella descrizione delle caratteristiche tecniche è scritto "rimuovibili per le sole



totalmente ricoperte". Si chiede pertanto se le protesi devono essere non ricoperte o ricoperte.

- **pag. 23** del Capitolato Speciale di Gara é specificato che sarà stipulato un contratto estimatorio - conto deposito - per le protesi biliari metalliche, protesi coliche e protesi esofagee totalmente ricoperte. Considerato che nei lotti n. 8 e n. 11 sono richieste protesi esofagee sia ricoperte (soggette al conto deposito) che parzialmente ricoperte e scoperte (non soggette), cosa verrà richiesto in caso di aggiudicazione, tenuto conto che è difficile non solo formulare l'offerta, con tipologie diverse di acquisto, ma gestire successivamente la fornitura ?

RISPOSTA

- **per il lotto 9** la rimuovibilità è un refuso e pertanto da non considerarsi; vedasi modifiche al capitolato tecnico.

- **pag. 23** trattasi di refuso, per quanto riguarda l'articolo modalità di fornitura si rimuove dal capitolato (articolo modalità di fornitura) la dicitura "totalmente ricoperte" per le protesi esofagee.

MODIFICHE AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Pag. 1

- omissis -

Importo posto a base d'asta non superabile € 1.198.245,50 - I.V.A. esclusa.

- omissis -

Pag. 6

- omissis -

suddivisa in 22 (ventidue) lotti non frazionabili meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

- omissis -

L'importo complessivo per tutti i lotti in gara posto a base d'asta non superabile per l'intera durata di 36 mesi è di € 1.193.245,50 IVA esclusa.

- omissis -



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Pag. 9

Il plico dovrà pervenire alla **Azienda Sanitaria Locale “VC” Ufficio Protocollo A.S.L. VC – C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 VERCELLI**, entro il termine perentorio delle **ore 15.00 del giorno 26 Giugno 2017**, pena l’irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura.

- omissis -

Pag. 12

- omissis -

Ricevuta in originale del pagamento del contributo - **dovuto per il lotto 20** - ai sensi della “Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 15/02/2010 attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2010” di importo **pari a euro 20,00**.

- omissis -

Modalità di esecuzione della fornitura

- omissis -

Pagg. 23-24

L’aggiudicatario si impegna a fornire in caso di aggiudicazione, mediante contratto estimatorio (conto deposito), a ciascuna AA.SS.LL./A.O.U. ed esattamente nei luoghi indicati, un numero sufficiente (che sarà concordato in sede locale) di **protesi biliari metalliche, protesi coliche e protesi esofagee**

- omissis -

MODIFICHE AL CAPITOLATO TECNICO (nuove descrizioni)

LOTTO 1 - Protesi biliari metalliche ricoperte aventi le seguenti caratteristiche:

- . vario calibro
- . varie lunghezze
- . a rilascio controllato
- . compatibilità con guida corta
- . rimovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d’uso)



PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
15	1	0	3	0	19

- omissis -

LOTTO 2 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in platinol aventi le seguenti caratteristiche:

- . altamente radiopache
- . non ricoperte, semiricoperte
- . loop di recupero post rilascio
- . di diversa lunghezza e diametro
- . con sistema di rilascio
- . da 7-8 fr
- . possibilità di recupero

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
20	3	5	0	1	29

- omissis -

LOTTO 3 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in nitinol o lega con nitinol aventi le seguenti caratteristiche:

- . autoconformante
- . altamente radiopache
- . non ricoperte, semiricoperte
- . loop di recupero post rilascio
- . di diversa lunghezza e diametro
- . con sistema di rilascio da 7-8 fr
- . possibilità di recupero

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	2	3	1	1	12

- omissis -

**LOTTO 8 - Protesi esofagee ricoperte, parzialmente ricoperte** aventi le seguenti caratteristiche:

- . filoguidate
- . autoespandibili
- . con sistema di rilascio distale
- . rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d'uso) per le sole totalmente ricoperte

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
4	2	1	1	1	9

- omissis -

LOTTO 9 - Protesi esofagee non ricoperte aventi le seguenti caratteristiche:

- . filoguidate
- . autoespandibili
- . con sistema di rilascio sia distale che prossimale

- omissis -

LOTTI AGGIUNTI AL CAPITOLATO TECNICO**LOTTO 19 - Protesi biliari metalliche non ricoperte** aventi le seguenti caratteristiche:

- . vario calibro
- . varie lunghezze
- . a rilascio controllato
- . compatibilità con guida corta

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	1	0	2	0	8

La protesi sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Caratteristiche della protesi, ricuperabilità materiale	Max 20
Scorrevolezza della protesi	Max 10
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 20

**LOTTO 20 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in platino** aventi le seguenti caratteristiche:

- . a maglie intrecciate a celle chiuse
- . altamente radiopache
- . completamente ricoperte
- . loop di recupero post rilascio
- . di diversa lunghezza e diametro
- . con sistema di rilascio
- . da 7-8 fr
- . possibilità di recupero
- . rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d'uso)

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
30	4	5	1	1	41

La protesi sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Caratteristiche della protesi	Max 20
Scorrevolezza della protesi	Max 10
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 20

LOTTO 21 - Protesi biliari metalliche autoespandibili in nitinol o lega con nitinol

aventi le seguenti caratteristiche:

- . autoconformante
- . altamente radiopache
- . completamente ricoperte
- . loop di recupero post rilascio
- . di diversa lunghezza e diametro
- . con sistema di rilascio da 7-8 fr
- . possibilità di recupero
- . rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d'uso)

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
5	1	2	0	1	9

La protesi sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	punteggio
Caratteristiche della protesi	Max 20
Scorrevolezza della protesi	Max 10
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 20



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

LOTTO 22 - Protesi esofagee ricoperte, parzialmente ricoperte aventi le seguenti caratteristiche:

- . filoguidate
- . autoespandibili
- . con sistema di rilascio prossimale
- . rimuovibili (dichiarato in scheda tecnica e manuale d'uso) per le sole totalmente ricoperte

PREVISIONE FABBISOGNO ANNUALE					
AOU NO	ASL BI	ASL NO	ASL VC	ASLVCO	Totale anno
1	1	0	1	1	4

Le protesi saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche	Punteggio
Caratteristiche della protesi (ricuperabilità materiale)	Max 20
Scorrevolezza della protesi	Max 10
Funzionalità del sistema di introduzione e rilascio	Max 20