

**FORNITURA DI GAS ANESTETICO SEVOFLURANO LIQUIDO COMPRESIVO DI  
VAPORIZZATORI E RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE****AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  
PER LA VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE AFFIDAMENTO DIRETTO  
ai sensi art. 50 comma 1 lett. b  
D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici – art. 32 Direttiva 24/2014)****PREMESSA**

L'ASL VC intende procedere all'acquisto del principio attivo in oggetto, comprensivo di vaporizzatori e relativa assistenza e manutenzione.

Si tratta in particolare di una fornitura così composta:

- Gas anestetico SEVOFLURANO liquido per inalazione in flaconi da 250 ml, per un fabbisogno annuo di circa 400 flaconi;
- Vaporizzatori compatibili con le apparecchiature per anestesia presenti nelle sale operatorie dei Presidi Ospedalieri di Vercelli e di Borgosesia, in comodato d'uso gratuito con relativa assistenza e manutenzione.

Le apparecchiature attualmente presenti presso le sale operatorie dei Presidi Ospedalieri dell'ASL VC sono riportati nella seguente tabella:

MARCA	MODELLO	NUMERO
DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PERSEUS A500	6
DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	1
DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	ATLAN A350	3
GE HEALTHCAR	S 5 AVANCE	12

Il Gas anestetico SEVOFLURANO dev'essere registrato quale medicinale ed essere autorizzato all'immissione in commercio in base alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario.

Le confezioni, le etichette, i fogli illustrativi devono essere conformi a quanto approvato dal Ministero della Salute con proprio decreto "autorizzativo". Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

Le fustelle delle confezioni devono essere annullate con mezzo indelebile, senza sovrapposizione, per consentire la lettura con mezzi ottici.

I flaconi devono essere obbligatoriamente in materiale infrangibile.

I flaconi devono essere dotati di travasatore di sicurezza montato, monouso non rimuovibile, integrato nel contenitore necessario al travaso dell'anestetico all'interno del vaporizzatore, in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione del personale di sala operatoria ai vapori anestetici durante tutte le fasi di manipolazione del prodotto.

I vaporizzatori devono avere le seguenti caratteristiche:

- conformi alla direttiva 93/42 CEE (D.Lgs 46/97) e conseguentemente marcate CE conforme alla loro destinazione d'uso;



- per ogni dispositivo deve essere indicata la CND ed il numero di repertorio, secondo quanto disposto dal D.M. del 21/12/2009;
- devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione;
- corredati di manuale d'uso in italiano conforme a quanto indicato nella direttiva 93/42/CEE;
- corredati di certificato di taratura ed etichettatura apposta sull'apparecchio indicante al data di scadenza;
- dotati di dispositivo di scarico in caso di movimentazione del vaporizzatore;
- corredati di tutti gli accessori necessari (compresi idonei raccordi).

Tanto premesso,

## SI EMETTE PUBBLICO AVVISO

Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire i beni di cui in premessa

### AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA' QUESTA AZIENDA

Tale informazione relativa alla disponibilità del materiale richiesto in premessa andrà inviata **entro il 06/03/2025** a mezzo PEC ([aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)) indirizzata a S.S. Acquisizione beni e servizi e gestione contratti, C.so Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli indicando nell'oggetto la dicitura: "Avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire Affidamento Diretto: **"Fornitura di gas anestetico sevoflurano liquido comprensivo di vaporizzatori e relativa assistenza e manutenzione"**".

Le candidature pervenute successivamente alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.

Tale informazione dovrà essere corredata da:

- a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del referente) con dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione
- b) elenco dei prodotti proposti, schede tecniche in lingua italiana (o tradotte) e materiale illustrativo;
- c) costo unitario presunto.

Per eventuali richieste di delucidazioni si prega di scrivere all'indirizzo e-mail [mariacristina.paltro@aslvc.piemonte.it](mailto:mariacristina.paltro@aslvc.piemonte.it)

## SI COMUNICA CHE



**A.S.L. VC**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

---

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020*

la presente manifestazione d'interesse ha carattere ricognitivo degli operatori economici presenti sul mercato che possano offrire il prodotto richiesto e, come tale, non impegna l'ASL VC a dare seguito alle attività di cui all'oggetto medesimo.

Il Direttore  
S.S. Acquisizione di Beni e  
Servizi e Gestione Contratti  
Dr. Davide LEPORATI

Data di pubblicazione sul profilo della Committente: **19/02/2025**.