



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  
PER LA VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE  
PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI  
GARA  
(art. 76 comma 2 lett. b) D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici – art. 32 Direttiva  
24/2014)**

**PREMESSA**

L'ASL VC necessita di acquisire il seguente sistema di stimolazione elettrica percutanea con ago.

Esso deve essere composto da aghi a sonda e da un generatore di impulsi a bassa tensione per la stimolazione percutanea del sistema nervoso periferico, in particolare di quelle strutture nervose presenti nel tessuto sottocutaneo. La stimolazione avviene attraverso le sonde ad ago inserite nella cute del paziente. Tale trattamento è indispensabile per pazienti affetti da dolore cronico da cicatrici chirurgiche, nevralgie post-herpetiche, cervicalgie, cefalee muscolo tensive, sindrome del grande occipitale e meralgie parestetiche.

Il GENERATORE deve contenere:

- cavi di raccordo
- manuale illustrativo
- n. 1 valigetta rigida per il trasporto in sicurezza;

In merito ad AGHI a SONDA, se ne richiedono misure diverse: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm; per ogni ago sono richiesti:

- Elettrodo/piastra di ritorno
- Kit medicazione pre e post trattamento

Il Sistema/Dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni Dispositivo: 265 x 320 x 130 mm c.a.
- Peso del Dispositivo: 3,8 kg c.a.
- Dimensioni Valigetta: 370 x 520 x 160 mm c.a.
- Display: TFT attivo, diagonale 4,3 pollici c.a.
- Tastiera: Hard keys su tastiera a membrana  
Touch screen resistivo  
Selettore e tasto su controllo remoto
- Alimentazione: rete elettrica
- Tensione di alimentazione: 100 + 240 V - (+ 10%) 50 + 60 Hz (\* 3Hz) c.a.
- Potenza Assorbita: 30VA c.a.
- Blocco di sicurezza: Corrente > 20mA c.a.
- Frequenza: 2-100 Hz c.a. modulati automaticamente
- Ampiezza Stimolo: 0V e da 0,2 a 3V c.a.
- Durata impulso: 0,2-2ms c.a. modulati automaticamente
- Tolleranza: +/- 10% c.a.
- Canale di Stimolazione: fino a 3 aghi a parallelo



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Dalle informazioni in possesso di quest'Azienda esisterebbe un unico operatore economico in grado di fornire, in qualità di distributore esclusivo su tutto il territorio nazionale, i beni sopra indicati con le caratteristiche richieste:

**THERAS LIFETECH S.R.L.**

Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l'ipotesi di cui all' art. 76, comma 2, lett. b), sub 2) D.Lgs. 36/2023 e, sarebbe, conseguentemente, possibile adire a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può essere acquisita esclusivamente da un determinato operatore economico per assenza di concorrenza per motivi tecnici).

Tanto premesso,

### **SI EMETTE PUBBLICO AVVISO**

Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire i beni di cui in premessa

**AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA' QUESTA AZIENDA**

Si precisa che l'informazione può riguardare beni da considerarsi "equivalenti" ai sensi dell'art. 79 e art. 7 allegato II.5 D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici

Tale informazione relativa alla disponibilità dei presidi richiesti in premessa andrà inviata **entro il 26 ottobre 2023** a mezzo PEC indirizzata a S.S. Acquisizione beni e servizi e gestione contratti, C.so Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli indicando nell'oggetto la dicitura: "avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara **"FORNITURA DI AGHI SONDA PER STIMOLAZIONE ELETTRICA PERCUTANEA – MISURE DIVERSE (5cm – 10cm – 15cm – 20cm)"**

Tale informazione dovrà essere corredata da:

- a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del referente);
- b) elenco dei prodotti proposti, schede tecniche in lingua italiana (o tradotte) e materiale illustrativo;
- c) indicazioni sull'equivalenza funzionale/tecnica dell'alternativa proposta;
- d) costo unitario presunto (desunto da listino).

Eventuali richieste di delucidazioni si prega di scrivere all'indirizzo e-mail: [jessica.introcaso@aslvc.piemonte.it](mailto:jessica.introcaso@aslvc.piemonte.it).

**SI COMUNICA**



**A.S.L. VC**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

---

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020*

Che tutte le informazioni che perverranno verranno esaminate e valutate e nel caso venissero ritenute “infondate” verrà inviata risposta esponente le ragioni.

Il Direttore  
S.S. Acquisizione di beni e servizi e  
Gestione Contratti  
Dr. Davide LEPORATI

Data di pubblicazione sul profilo della Committente: 11 ottobre 2023