



**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PER LA VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE
PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA
(art. 76 comma 2 lett. b) D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici – art. 32 Direttiva
24/2014)**

PREMESSA

L'ASL VC necessita di acquisire il seguente sistema REDUCER, sistema impiantabile per costituire il restringimento permanente e controllato del seno coronarico, di seguito riportato:

Sistema REDUCER

avente i seguenti requisiti:

1. Costituito da una rete tubolare senza saldature, di elevato livello tecnologico specifico per impianti chirurgici (acciaio 316L); tagliata con laser secondo un modello geometrico specificato a priori senza punti di saldatura e montanti longitudinali flessibili.
2. Superficie interna ed esterna lisce
3. In grado di adattarsi alle diverse strutture e dimensioni anatomiche riscontrabili nella maggior parte dei pazienti.
4. Catetere over the wire con palloncino di posizionamento dalla specifica forma a clessidra.
5. Costituito da Pebax TM ed è dotato di due lumi distinti
6. Un lume è per il filo guida (0.09 cm) e serve per l'avanzamento e il ritiro, il secondo lume è per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del palloncino
7. Sotto i palloncini due marcatori che contassegnano l'ubicazione del Reducer compresso sul palloncino di posizionamento.
8. Un terzo marcatore posto sullo stelo in posizione appena prossimale al palloncino aiuta l'operatore a visualizzare la completa fuoriuscita dall'estremità del catetere guida della sezione del catetere che alloggia il palloncino.
9. Viene introdotto nel seno coronarico tramite cateterismo cardiaco destro passando attraverso la vena giugulare interna destra o sinistra.
10. Il dispositivo Reducer costituisce una soluzione unica per il trattamento percutaneo della cardiopatia ischemica reversibile



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

11. Il dispositivo impiantabile è stato inserito nelle Linee Guida ESC 2019 ESC “ Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes”

le informazioni in possesso di quest’Azienda esisterebbe un unico operatore economico in grado di produrre i beni sopra indicati, con le caratteristiche richieste:

NEOVASC Inc.

E come distributore esclusivo su tutto il territorio nazionale:

Ditta Gada Italia Spa

Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’ art. 76, comma 2, lett. b), sub 2) D.Lgs. 36/2023 e, sarebbe, conseguentemente, possibile adire a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può essere acquisita esclusivamente da un determinato operatore economico per assenza di concorrenza per motivi tecnici).

Tanto premesso,

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO

Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire i beni di cui in premessa

AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA

Si precisa che l’informazione può riguardare beni da considerarsi “equivalenti” ai sensi dell’art. 79 e art. 7 allegato II.5 D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici

Tale informazione relativa alla disponibilità dei presidi richiesti in premessa andrà inviata **entro il 12/11/2024** a mezzo PEC indirizzata a S.S. Acquisizione beni e servizi e gestione contratti, C.so Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli indicando nell’oggetto la dicitura: “avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara – Fornitura **sistema REDUCER**”

Tale informazione dovrà essere corredata da:

- a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del referente);
- b) elenco dei prodotti proposti, schede tecniche in lingua italiana (o tradotte) e materiale illustrativo;
- c) indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica dell’alternativa proposta;
- d) costo unitario presunto (desunto da listino).



A.S.L. VC

*Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli*

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Eventuali richieste di delucidazioni si prega di scrivere all'indirizzo e-mail:
noemi.prataviera@aslvc.piemonte.it

SI COMUNICA

Che tutte le informazioni che perverranno verranno esaminate e valutate e nel caso venissero ritenute "infondate" verrà inviata risposta esponente le ragioni.

Il Direttore
S.S. Gestione Contratti
Dr. Davide LEPORATI

Data di pubblicazione sul profilo della Committente: Vercelli, 29/10/2024