



**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PER LA VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER ESPERIRE
PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA
(art. 76 comma 2 lett. b) D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici – art. 32 Direttiva
24/2014)**

PREMESSA

L'ASL VC necessita di acquisire i seguenti fili guida:

**Filo guida BANDIT
Filo guida RAIDER
Filo guida WARRIOR
Filo guida R350**

avente i seguenti requisiti:

1. Filo guida BANDIT: presenta un'anima in acciaio inossidabile, una punta distale con grammatura 0.8g e rastremata a 0.008" (0.20 mm)
La guida presente un rivestimento polimerico e idrofilo per i 17 cm distali per agevolare la navigabilità del dispositivo, mentre il segmento prossimale ha un rivestimento in PFTE.
Bandit si presenta con una punta dritta (non performata) radiopaca per i 10 cm distali.
Rientra all'interno delle guide specialty con basso peso in punta polimeriche e rastremate che vengono utilizzate come prima scelta nelle lesioni complesse quando si è in presenza di microcanali.
Rispetto alle concorrenti attualmente presenti sul commercio presenta una rastrematura più elevata pari a 0.008"
2. Filo guida RAIDER presenta un'anima in acciaio inossidabile, una punta distale non rastremata con grammatura a 4g e un rivestimento polimerico e idrofilo per i 30 cm distali per agevolare la navigabilità del dispositivo, mentre il segmento prossimale ha un rivestimento in PFTE.
Raider si presenta con una punta dritta (non performata) radiopaca per i 10 cm distali.
Rientra all'interno delle guide specialty con medio peso in punta polimeriche non rastremate che vengono utilizzate per avvicinare lesioni resistenti
Guida dedicata alla tecnica del wiring, la sua caratteristica unica rispetto alla concorrenza riguarda la lunghezza della parte radiopaca pari a 10 cm.
3. Filo guida WARRIOR presenta un'anima in acciaio inossidabile, una punta distale con grammatura a 14g e rastremata a 0.009 (0.24mm) La guida presenta un rivestimento idrofilo per i 20 cm distali mentre il segmento prossimale ha un rivestimento in PFTE.
Warrior si presenta con una punta dritta (non performata) radiopaca per i 2.5 cm distali.



Rientra all'interno delle guide specialty con alto peso in punta rastremate dedicate ad avere un elevato potere di penetrazione.

L'unica che presenta una lunghezza da 200 cm.

4. Filo guida R350 presenta un'anima in nitinol e una lunghezza di 350 cm.
La guida presenta un rivestimento idrofilo per i 200 cm distali e un calibro pari a 0.013" (0.33 mm)
La punta distale è dritta (non performata) i 5 cm distali risultano con spirali in tungsteno placcato d'oro per garantire un'ottima radiopacità della parte distale.
Lunghezza pari a 350 cm, unica in nitinol per conferire flessibilità e resistenza al kingking
Inoltre, presenta un diametro esterno (D.E.) di 0.013" che fornisce un supporto stabile durante il rilascio del dispositivo.
La spirale da 5 cm in tungsteno placcata in oro in punta garantisce un'eccellente radiopacità.

Dalle informazioni in possesso di quest'Azienda esisterebbe un unico operatore economico in grado di fornire i beni sopra indicati, con le caratteristiche richieste:

Vascular Solution LLC

E come distributore esclusivo su tutto il territorio nazionale:
Teleflex medical S.r.l.

Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l'ipotesi di cui all' art. 76, comma 2, lett. b), sub 2) D.Lgs. 36/2023 e, sarebbe, conseguentemente, possibile adire a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può essere acquisita esclusivamente da un determinato operatore economico per assenza di concorrenza per motivi tecnici).

Tanto premesso,

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO

Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire i beni di cui in premessa

AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA' QUESTA AZIENDA

Si precisa che l'informazione può riguardare beni da considerarsi "equivalenti" ai sensi dell'art. 79 e art. 7 allegato II.5 D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici

Tale informazione relativa alla disponibilità dei presidi richiesti in premessa andrà inviata **entro il 26/11/2024** a mezzo PEC indirizzata a S.S. Acquisizione beni e servizi e gestione contratti, C.so Mario Abbiate, 21 – 13100 Vercelli indicando nell'oggetto la dicitura: "avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara – fornitura **Guide BANDIT - WARRIOR- RAIDER- R350**



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Tale informazione dovrà essere corredata da:

- a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del referente);
- b) elenco dei prodotti proposti, schede tecniche in lingua italiana (o tradotte) e materiale illustrativo;
- c) indicazioni sull'equivalenza funzionale/tecnica dell'alternativa proposta;
- d) costo unitario presunto (desunto da listino).

Eventuali richieste di delucidazioni si prega di scrivere all'indirizzo e-mail:

noemi.prataviera@aslvc.piemonte.it

SI COMUNICA

Che tutte le informazioni che perverranno verranno esaminate e valutate e nel caso venissero ritenute "infondate" verrà inviata risposta esponente le ragioni.

Il Direttore
S.S. Gestione Contratti
Dr. Davide LEPORATI

Data di pubblicazione sul profilo della Committente: Vercelli, 10/12/2024