



**A.S.L. VC**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)

Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020



**A.S.L. VC**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

---

**SPECIFICHE TECNICHE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURA PROFESSIONALE PER  
ULTRASUONOTERAPIA**

**ASL VERCELLI**

---



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)

Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

## **INTRODUZIONE**

La SC RRF dell'ASL Vercelli intende acquisire un apparecchio professionale per ultrasuonoterapia da installare presso la sede della Casa della Salute di Santhià.

## **SPECIFICHE TECNICHE MINIME**

Si elencano di seguito le specifiche tecniche minime richieste per l'acquisto dell'apparecchio per ultrasuonoterapia.

- Dispositivo per la terapia ad ultrasuoni
- Doppia frequenza di ultrasuono a 1 o 3 MHz con cicli continui o pulsati
- L'apparecchiatura deve essere dotata di due manipoli con diverse aree irradianti
- Parametri di lavoro preimpostati e variabili dall'operatore
- Tempo di terapia fino a 30 min
- Possibilità di eseguire trattamenti ad immersione in acqua
- Indicatore del corretto contatto tra cute e testina

Sono inoltre richiesti:

- Documentazione tecnica e manuale d'uso in formato digitale del prodotto offerto
- Collaudo presso il Cliente
- Verifiche di Sicurezza Elettrica in fase di installazione in loco del dispositivo
- Formazione del personale