



FORNITURA IN NOLEGGIO

DI SISTEMA ROBOTICO PER LA CHIRURGIA ORTOPEDICA

VERBALE COMMISSIONE TECNICA

Premesso che la S.S. Acquisizione beni e servizi e gestione contratti in data 21/6/2023 ha pubblicato un avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara (art. 63 D.Lgs. 5072016 e s.m.i. – art. 32 direttiva 24/2014)

Entro i termini indicati hanno proposto la propria candidatura AB Medica e Zimmer Biomet e pertanto è stata costituita una commissione tecnica costituita da figure professionali dotate di adeguate competenze ed esperienza nel settore, con il compito di valutare la documentazione inviata dagli operatori economici a corredo della domanda di partecipazione, nella seguente composizione:

- Dr. Domenico Aloj Direttore S.C. Ortopedia-Traumatologia P.O. di Vercelli
- Dr. Scipione Gatti Direttore Direzione Medica P.O. di Vercelli
- Ing. Giuseppe Giammarinaro Direttore S.C. Tecnico e Patrimoniale

In data odierna 10/10/2023 dalle ore 10.00 presso la sala riunione della S.S. Acquisizione beni e servizi e gestione contratti, si è pertanto riunita tale Commissione.

Dalla valutazione delle schede tecniche si evince che il prodotto offerto dalla Zimmer Biomet non rispecchia le caratteristiche minime richieste al p. 2.1 (protesi mono-compartmentale di ginocchio) e richieste al p. 2.3 (protesi totale di anca) dell'avviso di consultazione pubblica. Si rileva che a detta della società sono in corso di implementazione ma attualmente non sono presenti.

La seduta si conclude alle ore 11.00 rimettendo gli atti al R.U.P. per il seguito di competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che si compone di n° 1 pagina

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE TECNICA

Dr. Domenico Aloj

Dr. Scipione Gatti

Ing. Giammarinaro

Vercelli, 10 ottobre 2023