



**A.S.L. VC**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI  
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284  
[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)  
Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---



**A.S.L. VC**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli*

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020*  
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI  
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284  
[www.aslvc.piemonte.it](http://www.aslvc.piemonte.it)  
Posta certificata: [aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it)

---

*P.I. / Cod. Fisc. 01811110020*

---

STRUTTURA: S.S. Gestione Contratti

Tel. – 061-593061

Responsabile: Dr.ssa Liliana Mele

Pag. 1 di 3

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI



**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 DEL D.LGS.  
50/2016 - FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ESECUZIONE DI TECNICHE  
TERMOABLATIVE LASER PER SAFENOCTOMIE E FISTULECTOMIE**

La A.S.L. di Vercelli L'ASL VC rende nota la propria esigenza di affidare la fornitura, per l'anno 2019, del materiale di seguito dettagliato:

- **kit per l'esecuzione di tecniche termoablative laser per safenotomia.**

Il kit unico deve contenere la fibra ottica monouso a 360°, doppia emissione radiale (doppio anello) di diametro 600 micron, introduttore 6 French, dilatatore 6 French, filo guida J e ago per cutaneo;

- **kit per l'esecuzione di tecniche termoablative laser per fistuleomie perianali.**

Kit completo di fibra ottica ad emissione radiale a 360°, ad uno anello radiale, proctoscopio monouso smusso e setone cavo, diametro fibra 1.85 mm.

A fronte della fornitura dei suddetti kit, la Ditta dovrà fornire, in comodato d'uso, la piattaforma laser 45 watt a diodi, della lunghezza d'onda di 1470 nm, a funzionamento sia pulsato che continuo, in grado di utilizzare le sopra riportate fibre ottiche ad emissione radiale a 360°, sia con singolo che doppio anello radiale.

Si precisa che l'indagine di mercato ha fini meramente esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibile/i operatori fornitore/i potenzialmente interessati ad essere affidatari della fornitura in oggetto, offrendo dei dispositivi che presentino le medesime caratteristiche tecniche e con la medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel presente avviso.

Possono manifestare interesse, gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del d..Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici dovranno far pervenire, per posta elettronica a [aslvercelli@pec.asl.piemonte.it](mailto:aslvercelli@pec.asl.piemonte.it) entro le ore 12.00 del giorno:

**14.02.2019**



**A.S.L. VC**

Azienda Sanitaria Locale  
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI  
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284  
www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

---

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

la propria manifestazione di interesse avendo cura di specificare nell'oggetto della Pec la seguente dicitura: *“Manifestazione di interesse per la fornitura di kit per l'esecuzione di tecniche termoablative laser per safenotomia e fistulectomie”*.

Alla E-mail di manifestazione debbono essere allegate le schede tecniche dei dispositivi che la ditta intende eventualmente offrire.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura chiamando al numero 0161-593794.

La presente indagine non determinerà né un aggiudicatario né una graduatoria di aggiudicatari, ma unicamente uno o più potenziali fornitori per la successiva fase di negoziazione.

L'avviso non vincola l'ASL nei confronti dei manifestanti interesse.

Il Direttore  
della S.C. Gestione Affari Istituzionali  
Dott.ssa Liliana Mele  
(f.to in originale)