




A.S.L. VC
Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 593111 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

IL DISTANZIATORE



1. anello di gomma (dove si infila la bomboletta). La tacca corrisponde alla posizione del naso
2. cilindro
3. valvola inspiratoria (si apre verso l'interno, solo quando il bambino prende l'aria)
4. valvola espiratoria (si apre verso l'esterno, solo quando il bambino butta fuori l'aria)
5. maschera faciale o boccaglio

COME SI CARICA

1. Togliere il cappuccio dello spray
2. Scuotere lo spray ed inserirlo nell'apertura posteriore del distanziatore
3. Eseguire 4 - 5 puff di spray in modo da "rivestire" le pareti del distanziatore con il farmaco
4. Ora il distanziatore è pronto per l'utilizzo

COME SI LAVA

1. Rimuovere la parte posteriore di gomma
2. Mettere in ammollo il distanziatore e la parte in gomma per 15 minuti in acqua tiepida in cui sono state versate alcune gocce di un detergente liquido per piatti
3. Risciacquare con acqua pulita il boccaglio
4. Scuotere l'eccesso di acqua, **NON STROFINARE CON PANNI**



A.S.L. VC
Azienda Sanitaria Locale
di VerCELLI


Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 593111 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

5. Lasciare asciugare l'apparecchio in posizione verticale
6. Ricollegare la parte posteriore in gomma al resto del distanziatore.

COME SI USA

1. Togliere il cappuccio dello spray
2. Scuotere lo spray e inserirlo nell'apertura posteriore del distanziatore



3. Inserire il boccaglio in bocca oppure inserire la mascherina sul distanziatore e applicarla sul viso in modo da coprire naso e bocca
4. Eseguire un puff di spray in modo da rilasciare una dose del farmaco mantenendo il boccaglio in bocca oppure la mascherina sul viso



5. Far eseguire al bambino almeno 5 atti respiratori normali (la valvola permette l'effettivo controllo del respiro del bambino)
6. Aspettare 30 secondi prima di erogare una eventuale seconda dose, ripetendo i passi 3 - 5