

**Avviso di consultazione preliminare di mercato
(art. 77 D.Lgs. n. 36/2023)****AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA STRUMENTAZIONE PER LA RICERCA IN AUTOMAZIONE TOTALE, DEL SANGUE OCCULTO E DELLA CALPROTECTINA IN CAMPIONI DI FECEI, COMPRESIVO DI DEVICE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE, PER UN PERIODO DI 24-36 MESI.**

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato mirata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e le condizioni economiche praticate in ordine alla fornitura di una strumentazione per la ricerca in automazione totale, del sangue occulto e della calprotectina in campioni di feci, comprensivo di device per la raccolta del campione, al fine di verificarne la rispondenza con le esigenze della S.C. Laboratorio Analisi dell'ASL VC.

L'ASL VC intende instaurare una consultazione preliminare di mercato orientata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di eventuali operatori economici in grado di offrire la fornitura in oggetto, avente le caratteristiche descritte nell'Allegato 1 del presente avviso.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 65 "Operatori economici" del D.lgs. n. 36/2023.

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 94 "Cause di esclusione automatica" e 95 "Cause di esclusione non automatica" del D.Lgs. n. 36/2023;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 "Requisiti di ordine speciale" del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli Operatori economici che ritengano di poter fornire un sistema avente le caratteristiche individuate dall'ASL VC, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative¹, dovranno far pervenire:

- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell'Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione d'interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso

¹ Le eventuali soluzioni alternative proposte dovranno essere complete, in relazione alle caratteristiche e alle funzionalità necessarie richieste, NON verranno prese in considerazione soluzioni parzialmente alternative o NON complete.



P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, e-mail, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 2);

- illustrazione e/o schede tecniche dei prodotti proposti e/o delle apparecchiature proposte unitamente ad una descrizione sintetica facoltativa², dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste o l'equivalenza rispetto alle stesse.
- offerta indicativa ipotizzando: un periodo di 24/36 mesi - più 12 opzionali - Fabbisogno annuo:
 1. Ricerca di sangue occulto fecale : 6000test/anno.
 2. Ricerca calprotectina fecale : 5500 test/anno.

La proposta di fattibilità, che non costituisce né offerta tecnica né offerta economica, deve pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 16/06/2025 all'indirizzo PEC aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it o direttamente sulla piattaforma telematica Sintel ed ai seguenti indirizzi e-mail:

stefano.salto@aslvc.piemonte.it

micaela.pelagi@aslvc.piemonte.it

e dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato — Sistema analitico Urine - ASL VC”.

In esito alla ricezione delle eventuali proposte pervenute, l'ASL VC valuterà la sussistenza dei presupposti per l'oggetto del contratto e l'opportuna procedura di selezione del contraente finalizzata all'individuazione della migliore soluzione l'acquisizione della fornitura necessaria.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né alcun diritto e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'ASL VC nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione di quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dall'ASL VC ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ASL VC può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

² Da intendersi come scelta discrezionale da parte dell'operatore, non obbligatoria, dalla lunghezza massima di 4 facciate.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

I dati forniti saranno trattati ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate alla presente procedura.

Per eventuali informazioni contattare i seguenti nominativi:

Riferimento amministrativo:

Dott. Stefano Salto – Tel.0161/593796 – E-mail: stefano.salto@aslvc.piemonte.it

Riferimento sanitario:

Dott.ssa Micaela Pelagi – Tel. 0161/593224 - E-mail: micaela.pelagi@aslvc.piemonte.it

Dott.ssa Loredana Pangaro – Tel. 0161/593578 - E-mail: loredana.pangaro@aslvc.piemonte.it

Vercelli, 27/05/2025

Il Direttore
S.S. Acquisizione di beni e servizi e
Gestione Contratti
Dott. Davide Leporati

Allegati:

Allegato 1 – Requisiti per la consultazione preliminare di mercato

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti di partecipazione e all'assenza cause di esclusione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Allegato 1****Requisiti per la consultazione preliminare di mercato**

Il presente documento ha la finalità di esporre, sinteticamente, le caratteristiche necessarie relative alla richiesta di offerta per la di una strumentazione per la ricerca in automazione totale, del sangue occulto e della calprotectina in campioni di feci, comprensivo di device per la raccolta del campione.

La fornitura in service per la S.C. Laboratorio Analisi- settore Microbiologia di Vercelli ,di un sistema analitico, deve essere in grado di processare mediante metodo immunoturbidimetrico, campioni di feci per la ricerca di sangue occulto e calprotectina, test fondamentali sia per la prevenzione del carcinoma colon-rettale, che per la diagnosi di IBS(Malattia infiammatoria cronica intestinale) o SII (Sindrome dell'intestino irritabile). La fornitura deve essere comprensiva anche dei reattivi per l'esecuzione dei test.

Il sistema deve garantire la massima sicurezza e igiene degli operatori, l'ottimizzazione dei costi , una manutenzione minima e la massima qualità dei risultati.

I test richiesti ed i fabbisogni annuali per questa strumentazione sono i seguenti:

1. Ricerca di sangue occulto fecale : 6000test/anno
2. Ricerca calprotectina fecale : 5500 test/anno

Lo strumento deve possedere le seguenti caratteristiche

- Un sistema analitico composto da n°1 strumento da banco per la determinazione quantitativa dell'emoglobina fecale e della calprotectina fecale, automatico , nuovo , di ultima generazione e adeguatamente dimensionato al numero di test richiesti.
- Metodo immunologico quantitativo con anticorpi anti-emoglobina umana.
- Dotazione di contenitori specifici per la raccolta e conservazione del campione (device).
- Strumentazione in grado di garantire la processazione di almeno 250/test ora simultaneamente e in modo totalmente indipendente, cioè di consentire la possibilità di avviare l'analisi anche di un singolo test in qualsiasi momento indipendentemente dal tipo di analisi e dello stato di avanzamento dei test in corso senza spreco di reagenti e controlli.(Cadenza analitica minima ,relativa all'emoglobina fecale , di almeno 250 test/ ora con caricamento continuo dei campioni.)
- Il metodo non deve prevedere alcuna restrizione alimentare
- Deve prevedere la possibilità di diluizione dei campioni positivi over range o effetto prozona e quindi la conseguente ripetizione della determinazione.
- Campionamento diretto del device di raccolta del materiale fecale senza alcun intervento da parte degli operatori.
- Device per la raccolta del materiale fecale con caratteristiche strutturali tali da permettere una unica possibilità di apertura (ciò per evitare errori da parte dell'utente)



P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- Reagenti ,materiali di consumo,PC, gruppo di continuità, banchi, stampanti,carta, toner e tutti gli accessori necessari al funzionamento, anche se non descritti e quotati nell’offerta complessiva, che dovrà presentare le caratteristiche tecniche descritte ed essere idonea ad eseguire complessivamente il numero delle prestazioni aggiudicate.
- gruppo di continuità per garantire il funzionamento anche in caso di interruzione della corrente di rete.
- Fornitura di materiale per il controllo di qualità interno,in quantità adeguata per il sistema analitico proposto, almeno una volta nell’arco delle 24 ore su due livelli: emoglobina fecale e calprotectina
- Fornitura per l’intero periodo contrattuale di un programma di valutazione esterna di qualità (VEQ) per i parametri oggetto di fornitura (hb fecale e calprotectina)
- Strumentazione certificata CE-IVDR
- Reagenti forniti conformi alla marcatura CE-IVDR
- Assistenza tecnica full-risk, con garanzia di intervento entro i termini previsti dal capitolato speciale.
- Manutenzione preventiva
- Fornitura di materiali di installazione ,fornita in lingua italiana contenenti modalità di funzionamento e prescrizioni di sicurezza
- Formazione del personale addetto all’utilizzo della strumentazione conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale
- Assistenza specialistica scientifica in grado di seguire nel tempo il laboratorio per ottimizzare l’impiego dello strumento
- Interfacciamento bidirezionale al LIS di Laboratorio (DEDALUS-DNLAB)
- Qualora risultasse necessaria la disponibilità di eventuali server occorrerà includerne nell’offerta sia l’hardware che le licenze necessarie inclusive di sufficiente spazio di backup, oppure includere un proprio servizio cloud (IaaS o SaaS) ove posizionare i propri applicativi includendo anche relativo backup. Più in generale, il Concorrente deve elencare tutte le specifiche tecniche delle soluzioni HW e SW ed includerle nella propria offerta tecnico-economica.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ALL'ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 94 E 95 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()
il residente in _____ (), Via _____ n. _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Operatore economico _____ con sede
in _____ () Via _____ n. _____ CAP _____
telefono _____ e-mail _____ PEC _____

- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;
- a corredo della manifestazione di interesse all'Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'acquisizione la fornitura in Service di un sistema di diagnostica rapida delle infezioni" da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell'ASL VC

DICHIARA

- Che l'Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Che l'Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di _____ al n. _____;
- Che l'Operatore economico possiede il codice fiscale _____ e numero di partita IVA _____;
- Che l'Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previsti dal combinato disposto degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

(data)

(firma)