



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**Avviso di consultazione preliminare di mercato
(art. 77 D.Lgs. n. 36/2023)**

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA
DI UNA NUOVA STRUMENTAZIONE ESAME CHIMICO FISICO E SEDIMENTO
DELLE URINE PER LA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL' ASL VC**

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato mirata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e le condizioni economiche praticate in ordine alla fornitura di una nuova strumentazione esame chimico fisico e sedimento delle urine per la S.C. Laboratorio Analisi dell'ASL VC.

L'ASL VC intende instaurare una consultazione preliminare di mercato orientata ad acquisire informazioni circa l'esistenza di eventuali operatori economici in grado di offrire la fornitura in oggetto, avente le caratteristiche descritte nell'Allegato 1 del presente avviso.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 65 "*Operatori economici*" del D.lgs. n. 36/2023.

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dagli artt. 94 "*Cause di esclusione automatica*" e 95 "*Cause di esclusione non automatica*" del D.Lgs. n. 36/2023;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 "*Requisiti di ordine speciale*" del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli Operatori economici che ritengano di poter fornire un sistema avente le caratteristiche individuate dall'ASL VC, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative¹, dovranno far pervenire:

- la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata dell'Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione d'interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, e-mail, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 2);

¹ Le eventuali soluzioni alternative proposte dovranno essere complete, in relazione alle caratteristiche e alle funzionalità necessarie richieste, NON verranno prese in considerazione soluzioni parzialmente alternative o NON complete.



P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- illustrazione e/o schede tecniche dei prodotti proposti e/o delle apparecchiature proposte unitamente ad una descrizione sintetica facoltativa², dalla quale si evinca il possesso delle specifiche tecniche richieste o l'equivalenza rispetto alle stesse.

La proposta di fattibilità, che non costituisce né offerta tecnica né offerta economica, deve pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 13/04/2026 all'indirizzo PEC aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it o direttamente sulla piattaforma telematica SINTEL ed anche ai seguenti indirizzi e-mail:

stefano.salto@aslvc.piemonte.it

micaela.pelagi@aslvc.piemonte.it

e dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: "Consultazione preliminare di mercato – ESAME URINE – ASL VC".

In esito alla ricezione delle eventuali proposte pervenute, l'ASL VC valuterà la sussistenza dei presupposti per l'oggetto del contratto e l'opportuna procedura di selezione del contrante finalizzata all'individuazione della migliore soluzione l'acquisizione della fornitura necessaria.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né alcun diritto e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l'ASL VC nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'acquisizione di quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dall'ASL VC ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ASL VC può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

I dati forniti saranno trattati ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per lo svolgimento delle attività legate alla presente procedura.

² Da intendersi come scelta discrezionale da parte dell'operatore, non obbligatoria, dalla lunghezza massima di 4 facciate.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Per eventuali informazioni contattare i seguenti nominativi:

Riferimento amministrativo:

Dott. Stefano Salto – Tel. 0161/593796 – E-mail: stefano.salto@aslvc.piemonte.it

Riferimento sanitario:

Dott.ssa Micaela Pelagi – Tel. 0161/593224 - E-mail: micaela.pelagi@aslvc.piemonte.it

Vercelli, 18/03/2026

Il Direttore
S.S. Acquisizione di beni e servizi e
Gestione Contratti
Dott. Davide Leporati

Allegati:

Allegato 1 – Requisiti per la consultazione preliminare di mercato

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti di partecipazione e all'assenza cause di esclusione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

**Allegato 1****Requisiti per la consultazione preliminare di mercato**

Il presente documento ha la finalità di elencare le caratteristiche richieste per la nuova strumentazione esame chimico fisico e sedimento delle urine

CARATTERISTICHE SISTEMA

- sistemi analitici identici, nuovi, di ultima generazione e con marchio CE;
- Determinazione dell'esame completo urine (chimico – fisico e sedimento) con 1 aspirazione
- Agitazione/miscelazione del campione per entrambe le determinazioni
- Analisi campioni con volume ridotto/insufficiente
- Refluo prodotto minimo
- Minimo n. dei reattivi richiesti
- Reattivi pronti all'uso
- Controlli e calibratori (se necessari) pronti all'uso
- Controlli su 2 livelli da utilizzare per ogni seduta analitica giornaliera e per tutte le piattaforme analitiche fornite

CARATTERISTICHE ESAME CHIMICO – FISICO

- Determinazione dei seguenti parametri: ph glucosio, proteine, bilirubina, urobilinogeno, corpi chetonici, nitriti, emoglobina, leucociti, peso specifico, aspetto e colore
- Disponibilità di strisce con ulteriori parametri disponibili oltre a quelli standard
- Determinazione del peso specifico con metodo refrattometrico
- Caricamento continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico
- Uso delle stesse strisce usate per lo strumento automatico anche per la lettura visiva
- Cadenza analitica minima per l'esame chimico – fisico di 150 test/ora per singolo strumento
- Campionamento per dispensazione
- Analisi da URINA NATIVA
- Identificazione del campione mediante codice a barre
- Campioni on board: almeno 50
- POSIZIONE STAT fronte macchina per analisi campioni urgenti
- Caricamento continuo dei campioni senza interruzione del ciclo analitico

CARATTERISTICHE DEL SEDIMENTO

- Analisi di URINA NATIVA non centrifugata né prima né dopo l'aspirazione
- N. di parametri del sedimento differenziati e divisione per classe di appartenenza in automatico: RBC, WBC, CRISTALLI (con identificazione delle varie tipologie), CILINDRI (con identificazione delle varie tipologie), CELLULE UROTELIALI (con identificazione delle varie tipologie), BATTERI, MICETI, SPERMATOZOI, MUCO
- N. di tipologie e istogrammi relativi alle emazie



P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- Visualizzazione delle immagini sia a campo intero che a dettaglio (suddivise per classe di appartenenza) con indicazione del n. di elementi /ul e/o HPF in automatico senza l'intervento dell'operatore, per tutti i campioni
- Parametri individuati e visualizzati dal sistema diagnostico allo scopo di discriminare le patologie a carico del sistema renale
- Cadenza analitica minima per l'esame del sedimento di 100 test/ora
- Determinazione automatica quantitativa dei seguenti parametri in n/ul di: eritrociti, leucociti batteri, miceti, cellule epiteliali, cristalli, cilindri, spermatozoi e muco
- Identificazione del campione mediante codice a barre
- Campioni on board: almeno 50
- POSIZIONE STAT fronte macchina per analisi campioni urgenti

La ditta aggiudicatrice dovrà provvedere a proprio carico all'iscrizione per tutto il periodo di fornitura ai programmi VEQ Centro Ricerca Biomedica (CRB)

SOFTWARE GESTIONALE

- Sistema esperto in grado di integrare, a video, i dati dell'esame chimico – fisico con i dati dell'esame morfologico
- Gestione della validazione dei campioni attraverso regole personalizzabili che tengano conto dei risultati di entrambe le analisi, delle informazioni demografiche (età, sesso) e del reparto di provenienza.
- Possibilità di validazione da postazioni informatiche diverse da quella principale anche con acquisizione/visualizzazione delle immagini e grafici
- Possibilità di validazione da remoto per gli strumenti presenti in altri presidi
- Workstation di ultima generazione completa di PC, monitor LCD (22'), stampante con relativi accessori e dispositivi necessari per il funzionamento per tutta la durata della fornitura
- Interfacciamento strumentale e trasmissione bidirezionale dei dati (Strumenti – LIS) per la gestione delle liste di lavoro ed il trasferimento dei risultati al LIS di laboratorio con le specifiche dei dati anagrafici del paziente associati al proprio codice a barre e dati strumentali relativi alle analisi effettuate (data e ora, risultati numerici, ev. flag strumentali)
- Tracciabilità del campione tramite identificazione del rack e posizione del campione
- Gestione del controllo di qualità interno con grafici di tipo Levey – Jennings con elaborazione statistica ed esportazione dei dati
- Validazione automatica sulla base di parametri chimico – fisici e del sedimento impostati dall'operatore
- Password con diversi livelli di autorizzazione per accesso al software
- Gestione dei campioni con profili diversi (routine e urgenza). Presenza di filtri di selezione e regole che aiutino l'operatore nella validazione dei dati



LA FORNITURA DOVRA' COMPRENDERE:

- Trasporto, installazione e disinstallazione ad inizio e fine fornitura, configurazione e avviamento del software e della strumentazione
- n.2 strumenti analitici indipendenti per ogni presidio (VERCELLI E BORGOSIESIA) che comprendano: 1 apparecchiatura unica integrata costituita da moduli dedicati a ognuna delle due analisi (chimico – fisico e sedimento) concepiti per operare in continuo e 1 apparecchio semiautomatico per esame chimico – fisico di back up
- assistenza tecnica applicativa e strumentale, full – risk, con numero illimitato di interventi, con disponibilità di interventi in loco, dal lunedì a venerdì, almeno dalle 8.00 alle 18.00, entro le 8 ore lavorative dalla chiamata.
- Assistenza da remoto, per via telefonica o informatica, sia per il Middleware che per l'infrastruttura IT offerti dal lunedì al venerdì entro 1 ora dalla chiamata.
- Assistenza programmata da parte della ditta aggiudicataria con un numero minimo di interventi programmati di manutenzione che dovrà essere di almeno 2 all'anno per strumento.
- Addestramento del personale tecnico e dirigente dell'Azienda all'uso degli strumenti con opportuni corsi presso ogni presidio (Vercelli e Borgosesia)

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri relativi a:

1. messa a disposizione, mediante contratto di locazione, di sistemi diagnostici necessari per l'esecuzione dei test alle condizioni contrattuali sotto riportate;
2. l'imballaggio, il trasporto, il carico/scarico e quanto altro fosse necessario per fornire le apparecchiature installate e perfettamente funzionanti;
3. consegna ed installazione, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'ordinativo dei sistemi diagnostici. In particolare l'installazione di quanto offerto dovrà avvenire nel rispetto della "regola dell'arte", nonché in piena e completa conformità a tutte le normative vigenti. Ogni dato indicato in offerta dovrà corrispondere a quanto sarà consegnato e installato;
4. la fornitura, a cura della sola Ditta aggiudicataria, di manuali d'uso e di manutenzione del produttore completi e dettagliati in lingua italiana con tutte le istruzioni di funzionamento delle attrezzature;
5. la formazione e l'addestramento del personale preposto al funzionamento delle attrezzature da effettuarsi entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data del collaudo delle attrezzature stesse;



P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

6. la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria (full-risk) per tutto il periodo contrattuale della fornitura atta a mantenere le strumentazioni in piena efficienza e funzionalità.

Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti/impianti offrono al momento del collaudo. A tal fine il Fornitore si assume obbligo di garantire un servizio di assistenza e manutenzione “full risk”; che comprenda tutte le operazioni (di assistenza e manutenzione) sia preventive che ordinarie e straordinarie, necessarie ed utili per garantire la piena efficienza e funzionalità dei beni. Anche i costi di manodopera saranno a carico del Fornitore.

Le operazioni di assistenza/manutenzione dovranno quindi essere:

- programmate (preventive e ordinarie), consistenti nella messa a punto e nel controllo periodico dei prodotti, ivi com

normative tecniche nella gestione delle apparecchiature biomedicali; dovranno essere garantite almeno quattro manutenzioni annuali;

- correttive (straordinarie e di aggiornamento tecnologico), consistenti nella riparazione delle anomalie di funzionamento nonché delle rotture e dei guasti e dell’installazione degli eventuali aggiornamenti tecnologici immessi sul mercato.

Entrambe le predette operazioni sono comprensive della sostituzione di tutte le componenti non funzionanti, malfunzionanti o deteriorate. Il Fornitore dovrà altresì provvedere alla sostituzione delle componenti soggette alla normale usura da utilizzo nonché provvedere alla fornitura dei prodotti previsti dal buon uso delle apparecchiature/attrezzature.

Le modalità del servizio di assistenza/manutenzione, anche al fine di non incorrere nelle penali previste dal presente Capitolato di gara, dovranno necessariamente rispettare le seguenti condizioni imprescindibili:

Entità del disservizio Tempo di risposta (prima visita o risoluzione a distanza) - ore Tempo di risoluzione del disservizio - ore

Disservizio assente

(manutenzione preventiva

e/o ordinaria concordata con

i referenti aziendali) - 168 (7 giorni lavorativi)

Disservizio parziale

(malfunzionamenti senza



interruzione di funzionalità) 24 (1 giorno lavorativo) 120 (3 giorni lavorativi)

Disservizio totale

(impossibilità di effettuare i

test) 24 (1 giorno lavorativo) 48 (due giorni lavorativi)

La ditta appaltatrice, nel caso in cui non sia in grado di effettuare i ripristini di funzionalità nel rispetto delle tempistiche previste dalla tabella precedente, al fine di non incorrere nelle penalità precedentemente illustrate, potrà proporre al D.E.C. (con proposta scritta e motivata) la sostituzione dell'apparecchiatura guasta con altra di pari o migliori caratteristiche tecnico/qualitative. ;

3. l'interfacciamento al sistema informatico di gestione del Laboratorio Analisi di ogni Azienda Sanitaria contraente; in tal senso, ogni concorrente dovrà effettuare specifico sopralluogo presso la sede di ogni Azienda contraente al fine di accertare le caratteristiche tecniche proprie dei sistemi di gestione dei laboratori adottato da ciascuna di esse e la compatibilità con i sistemi di diagnosi oggetto dell'offerta;

4. assicurazione dei prodotti: il Fornitore dovrà assicurare tutti i prodotti, salvo il materiale di consumo, contro ogni rischio (anche per fatto doloso o vandalico e ad esclusione dei danni ascrivibili alla colpa dell'utilizzatore) che comporti la perdita, il deterioramento o l'impossibilità di funzionamento dei prodotti. Qualora si verificassero gli eventi sfavorevoli sopra descritti, il Fornitore dovrà sostituire, riparare, ripristinare i prodotti, senza alcun onere o spesa, per l'Azienda Sanitaria contraente;

5. fornitura del materiale consumabile (reagenti, calibratori, vials, colonne analitiche e/o colonnine, ecc.) in quantità e qualità necessario ad eseguire i dosaggi necessari.

6. in generale ogni onere, anche se non espressamente richiamato, necessario a consegnare le forniture "a perfetta regola d'arte" senza che le Aziende Sanitarie contraenti abbiano a sostenere alcuna altra spesa oltre a quelle previste dall'offerta economica proposta in sede di gara.

Nel corso del periodo contrattuale, il Fornitore dovrà provvedere a fornire tutti gli aggiornamenti tecnologici (compreso il relativo software) immessi nel mercato successivamente all'affidamento della fornitura nel caso ne sia prodotta una versione migliorata (incremento della sicurezza del trattamento, progressi tecnologici, risparmio costi di esercizio, ecc.), alle medesime condizioni contrattuali in essere, se dovessero essere prodotti nel periodo di durata del contratto, su richiesta e benessere delle Aziende Sanitarie contraenti.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ALL'ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 94 E 95 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il residente in _____ (____), Via _____ n. _____, in qualità di
legale rappresentante dell'Operatore economico _____ con sede
in _____ (____) Via _____ n. _____ CAP _____
telefono _____ e-mail _____ PEC _____

- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;
- a corredo della manifestazione di interesse all'Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'acquisizione la fornitura in Service di un sistema di diagnostica rapida delle infezioni" da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell'ASL VC

DICHIARA

- Che l'Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Che l'Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di _____ al n. _____;
- Che l'Operatore economico possiede il codice fiscale _____ e numero di partita IVA _____;
- Che l'Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previsti dal combinato disposto degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

(data)

(firma)