



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593111

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

ALLEGATO “PROGRAMMA ANALISI ACQUE DI DIALISI PER OSMOSI”

**FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 2 IMPIANTI DI PRODUZIONE
E DISTRIBUZIONE DI ACQUA ULTRAPURA (BI-OSMOSI
INVERSA) E DI N. 1 IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE DEL CONCENTRATO ACIDO E DEL
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI**

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593111

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

TABELLA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI CHIMICI

	ACQUA DI RETE	OSMOSI INVERSA
NUMERO PUNTI PRELIEVO	Tot. n. 2: Santhià (1) Gattinara (1)	Tot. n. 4: Santhià (2) Gattinara (2)
TIPO DI CONTROLLO	CHIMICO COMPLETO	CHIMICO COMPLETO
FREQUENZA	<u>Annuale</u>	<u>Annuale</u>

TABELLA PROGRAMMAZIONE CONTROLLI BATTERIOLOGICI

	ACQUA DI RETE	OSMOSI INVERSA	MONITORS
NUMERO PUNTI PRELIEVO	Tot. n. 2 : Santhià (1) Gattinara (1)	Tot. n. 4 : Santhià (2) Gattinara (2)	Tot. n. 29 Santhià (14) Gattinara (15)
FREQUENZA	BATTERIOLOGICO COMPLETO Annuale:	BATTERIOLOGICO COMPLETO Bimestrale:	BATTERIOLOGICO COMPLETO Trimestrale:
TIPO DI CONTROLLO	Carica batterica 22°C Muffe/Lieviti LAL test	Carica batterica 22°C) Muffe/Lieviti LAL test	Carica batterica 22°C) Muffe/Lieviti LAL test

-)) Eventuali controlli batteriologici relativi a ricerche di Muffe e/o Lieviti successivi al primo controllo negativo verranno effettuate ogni 6 mesi (solamente in casi di prima positività e/o in casi particolari potranno essere effettuati con tempistiche diverse concordate col DEC del Centro Dialisi di riferimento)